校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号：
Certificate No. J202608245024A-0001

委 托 方 Client	DEKRA Vietnam Testing & Certification Company Limited
联络信息 Contact Inf.	8th Floor,, TVL Building, No.153 , Doi Can Street, Doi Can Ward, Ba Dinh District, Ha Noi City, Vietnam
仪器名称 Description	Stability Test Bench
制 造 厂 Manufacturer	LISUN GROUP

型号/规格 Model/Type	WDT-2B	接收日期 Receipt Date	2026年08月31日 Y M D
出厂编号 Serial No.	SOLS20260537	校准日期 Cal. Date	2026年08月31日 Y M D
管 理 号 Asset No.	------	发布日期 Issued Date	2026年09月07日 Y M D

批 准 Approved by 陈亚东

审 核 Inspected by 李俊杰

校 准 Calibrated by 刘庆雨

证书专用章 (Stamp)

总部地址(Headquarters Add.): 广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号
No.8, Chuangyun Road, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China
实验室地址(Add.of the Lab): 广东省广州市番禺区石碁镇创运路8号
No.8, Chuangyun Road, Shiqi Town, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China
联系电话(Tel.):400-602-0999 邮政编码(Postcode):511450
网站(Website):http:// www.grgtest.com 电子邮件(E-mail):grgtest@grgtest.com

扫一扫验真伪
校验码：670648

校　准　说　明
DIRECTIONS OF CALIBRATION

1.本实验室的质量管理体系符合ISO/IEC 17025:2017标准的要求，校准结果均可溯源至国际单位制(SI)单位。(The quality system is in accordance with ISO/IEC 17025:2017,the calibration results are traceable to the International System of Units (SI).)

2.本结果仅对本次校准样品有效。未经实验室批准，不得部分复制。如有疑问请在15个工作日内反馈。(The result is only valid for the calibrated sample.The certificate shall not be reproduced except in full,without the written approval of our laboratory .please feedback to us within 15 days if you have any question.)

3.本证书编号具有唯一性，后缀若带有“-Gx”的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废，修改后的证书以客户端内容为准。(Each certificate has a unique number. The suffix of "-Gx" will be added to the number as a replacement of the old version. The original certificate will be officially invalid once the new certificate number is issued.The modified certificate shall be based on the client content.)

4.证书中最大允许误差、判定结果仅供参考，其中“P”代表“合格”，“F”代表“不合格”，“N/A”代表“不适用”。使用人员应结合实际测量需求，评估测量不确定度对符合性评定的影响。 (MPE & judgement result in the datasheet is only for reference , "P" is "Pass" , "F" is "Fail" and "N/A" is "Not Applicable".Whereas users should evaluate the effects of MU of calibration results on conformance assessment by actual measurement.)

5.该仪器的溯源日期为本证书的“校准日期”。(The traceability date of this instrument is the calibration date on this certificate.)

6.校准地点、环境条件(Place and environmental conditions of the calibration)：

地点：客户一楼实验室
Place

温度：23±5℃　　相对湿度：<80%
Temperature　　Relative Humidity

7.建议复校时间间隔：　1年，送校单位也可按实际使用情况自主决定。
Suggested calibration interval is　1　year or it can be altered depending on the actual usage of the user.

8.本次校准的技术依据及CNAS认可范围，超出范围的内容未被认可。详细认可范围请查看CNAS网站证书附件。(Reference document and accredited scope by CNAS for calibration，beyond which isn't accredited. Please see the attachment of certificate on CNAS website for details.)

JJF（电子）0078-2021 电子用稳定性试验台校准规范 长度：(0.4～1)m 角度：0 º～45 º转速：（1～10）r/min

校　准　说　明
DIRECTIONS OF CALIBRATION

证书编号： J202608245024A-0001　　第 3 页 共 4 页
Certificate No.　　Page of

9. 本次校准使用的主要测量标准(Main Standards of Measurement Used in the Calibration.)：

名称 Description	编　号 Serial No.	证书号/有效期 Certificate No./ Due Date	溯源机构 Traceability Institute	技术特征 Technique Character
电子秒表	917767	J202607246564-01-0003 2027-09-13	广电计量检测（无锡）有限公司	MPE: ±0.5(s/d)
钢卷尺	805124（广电号）	J202509123403-0054 2026-09-25	广电计量检测（无锡）有限公司	I级
倾角仪	665455（广电标识号）	J202607151697-0031 2027-07-20	广电计量检测（无锡）有限公司	U =0.02 °（k =2）

10.计量溯源性声明(Measurement traceability declaration.)：

钢卷尺(805124（广电号）)→标准钢卷尺/Standard Steel tape measure(20240205)→激光干涉仪(测长)/Laser interferometer (length measuring)(上海市计量测试技术研究院);
倾角仪(665455（广电标识号）)→分度头(AD0005)→棱体/Prismatic body(2019217)→多齿分度台/Precise angle dividing table(上海市计量测试技术研究院);

校　准　结　果
RESULTS OF CALIBRATION

证书编号：J202608245024A-0001　　第 4 页 共 4 页
Certificate No.　　Page of

1、外观以及一般性检查：　符合要求
In view of External and Generality check :

2、角度校准：
Angle calibration:

标称角度	实测平均值	示值误差	允差	结论
Nominal Angle	Average	Error	MPE	Conclusion
（°）	（°）	（°）	（°）	(P/F)
5	5	0.0	±0.5	P
10	10	0.0		P
15	15.1	-0.1		P
20	20.2	-0.2		P
30	30.2	-0.2		P

3、试验台台面直径校准：
Mesa diameter calibration:

标称直径	实测平均值	示值误差	允差	结论
Nominal Diameter	Average	Error	MPE	Conclusion
（mm）	（mm）	（mm）	（mm）	(P/F)
1000	999.6	+0.4	±10.0	P

4、试验台转速校准：
Mesa speed calibration:

标称转速	实测平均值	示值误差	允差	结论
Nominal Speed	Average Value	Indication Error	MPE	Conclusion
（r/min）	（r/min）	（r/min）	（r/min）	(P/F)
10	10.0	0.0	±1.0	P

备注：
Notes：

结论(Conclusion)：　所校项目符合技术要求

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95％时的包含因子k。
The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k.

1.1试验台台面直径：U=0.5mm (k=2)；

1.2试验台台面角度：U=0.2 ″ (k=2)；

1.3试验台转速：　U=0.3r/min (k=2)；

2.依据(Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
(JJF 1059.1-2012 Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)
(The below is blank)